

Le 17 juin 2020

CONFIDENTIEL**Objet: Modifications apportées aux dispositifs de prélèvement de sang (BPU) sans-filtre**

Cher client,

Fresenius Kabi Canada tient à vous informer que nous avons procédé à trois modifications à nos dispositifs de prélèvement de sang (BPU) sans filtre.

Nous avons transféré la marque de Fenwal à Fresenius Kabi sur tous nos dispositifs de prélèvement de sang, incluant également notre aiguille rétractable (RTN) avec protège-aiguille intégré, et incluant aussi les instructions de chargement du godet de centrifugation avec des images dans les instructions d'utilisation sur nos dispositifs (BPU) de configuration double, triple et quadruple.

Les modifications répertoriées ci-dessus affectent les codes de produit BPU suivants.

Code	Type de BPU	Anticoagulant	Configuration	Volume
4R0012MC	Sans-filtre	CPD	Simple Configuration	450 mL
4R0837MC	Sans-filtre	CPD	Simple Configuration	250 mL
4R3611	Sans-filtre	CPDA-1	Simple Configuration	450 mL
4R3622	Sans-filtre	CPDA-1	Double Configuration	450 mL

Veuillez-vous référer au lien vidéo suivant sur Comment utiliser l'aiguille rétractable (RTN) pour les dispositifs de prélèvement de sang.


<https://vimeo.com/273905559/74b92c3b26>

SVP, veuillez-vous référer au mode d'emploi concernant les mises en garde et aux précautions associées aux produits énumérés ci-haut.

Salutations distinguées,



Yvan Rousseau
Directeur, Comptes Nationaux TCT (Canada)
Fresenius Kabi Canada
165 Galaxy Boulevard, Suite 100
Toronto, Ontario Canada
M9W 0C8



Kate Sivertson
Directeur, Marketing
WB Automation & Inside Sales
Fresenius Kabi USA, LLC
One Corporate Drive, 2nd FL
Lake Zurich, IL 60047 USA